



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Coordenadoria de Licitações/PROAD

OFÍCIO Nº 008/2020 (Laboratório de Estruturas/CCT/UFCA)

Juazeiro do Norte/CE, 14 de julho de 2020.

Ao Senhor : Bruno Callou Bernardo de Oliveira
Pregoeiro Oficial UFCA
Coordenadoria de Licitação - CL
Pró-Reitoria de Administração / PROAD

Assunto: Encaminhamento do resultado das análises das propostas do PE 17/2020

Senhor, Pregoeiro

1 Em resposta aos e-mails de pedido de análise das propostas enviados por "propostas.proad@ufca.edu.br", encaminho anexos os aceites, as recusas, das propostas abaixo resumidas.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Erwin Ulises Lopez Palechor
SIAPE: 1253541
Universidade Federal do Cariri - Ufca
Centro de Ciência e Tecnologia - CCT
Curso de Engenharia Civil

ERWIN ULISES LOPEZ PALECHOR
Coordenador do Laboratório de Estruturas
Centro de Ciência e Tecnologia
SIAPE: 1253541



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Coordenadoria de Licitações/PROAD

TERMO DE ACEITE DE PROPOSTAS

Em resposta ao e-mail "Propostas para Análise - PE 17/2020" enviado por "propostas.proad@ufca.edu.br", informo que após análise das especificações técnicas do(s) item(ns) e Proposta(s) abaixo relacionado(s), constatei que as especificações estão em conformidade com os objetos descritos no edital do PE 17/2020 (Processo Administrativo n.º 23507.001557/2020-13). Nestes termos, manifesto o ACEITE das propostas.

1. Fornecedor: ÍTACA EIRELI; CNPJ: 24.845.457/0001-65.

Item(ns): 02.

2. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO; CNPJ: 01.808.192/0001-20.

Item(ns): 03.

3. Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP; CNPJ: 14.968.227/0001-30.

Item(ns): 04.

4. Fornecedor: AMENDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA EPP; CNPJ: 09.312.196/0001-24.

Item(ns): 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12.

5. Fornecedor: EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA; CNPJ: 34.213.521/0001-49.

Item(ns): 13.

6. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTAÇÃO LTDA; CNPJ: 09.255.284/0001-31.

Item(ns): 14.

(...)

Juazeiro do Norte-CE, 14 de julho de 2020.

Prof. Dr. Erwin Ulises Lopez Palechor
SIAPE: 1253541
Universidade Federal do Cariri - Ufca
Centro de Ciência e Tecnologia - CCT
Curso de Engenharia Civil

ERWIN ULISES LOPEZ PALECHOR
Coordenador do Laboratório de Estruturas
Centro de Ciência e Tecnologia
SIAPE: 1253541



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Coordenadoria de Licitações/PROAD

TERMO DE RECUSA DE PROPOSTAS

Em resposta ao e-mail "Propostas para Análise - PE 17/2020" enviado por "propostas.proad@ufca.edu.br", informo que após análise das especificações técnicas do(s) item(ns) e Proposta(s) abaixo relacionado(s), constatei que as especificações dos produtos apresentados **NÃO ESTÁ** em conformidade com o objeto descrito no edital do PE 17/2020 (Processo Administrativo n.º 23507.001557/2020-13).

1. Item: 01 / Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA; CNPJ: 30.197.931/0001-92.

Motivação técnica:

Foram encontradas diferenças na descrição das características dos equipamentos, destacadas **em negrito**:

Descrição contida no Termo de Referência:

PAQUÍMETRO UNIVERSAL: Capacidade: 200mm. **Resolução: 0,02mm. Quadrimensionais, de aço inoxidável. Gravação das escalas feitas a laser em baixo relevo, proporcionando maior vida útil.** Número de série gravado para efeito de calibração e rastreabilidade. Exatidão conforme Norma NBR NM216:2000. Com parafuso de trava para fixar as medidas. Linha e números nítidos sobre fundo contrastante fosco. Bico com aresta tipo faca para medições internas e externas. Vareta de profundidade para medições exatas. Modelo Referência: Paquímetro Universal Série 125 STARRET (Equivalente ou superior).

Descrição do equipamento apresentado pelo fornecedor:

- Tamanho: 200 mm;
- **Leitura: 200 x 0,05 e 8 x 1/128;**
- **Material: Aço Escovado;**
- **Linhas em alto Relevo**
- Acompanha estojo plástico; - Garantia: 90 dias;

De acordo com a descrição acima exposta, as características como: a resolução e o tipo de material do paquímetro apresentado pelo fornecedor são inferiores às especificadas no Termo de Referência.

Nestes termos, RECUSO a proposta listada.

Juazeiro do Norte-CE, 14 de julho de 2020.

Prof. Dr. Erwin Ulises Lopez Palechor
SIAPE: 1253541
Universidade Federal do Cariri - Ufca
Centro de Ciência e Tecnologia - CCT
Curso de Engenharia Civil

ERWIN ULISES LOPEZ PALECHOR
Coordenador do Laboratório de Estruturas
Centro de Ciência e Tecnologia
SIAPE: 1253541